

## Ficha tecnica

### Clasificación normativa del producto

- De acuerdo con el tipo de protección contra choque eléctrico: Equipamiento de clase I
- De acuerdo con el grado de protección contra choque eléctrico: Sillón odontológico del paciente y aparato de iluminación bucal: parte aplicada de tipo B Unidad dental: parte aplicada de tipo BF
- De acuerdo con el grado de protección contra penetración nociva de agua: IPX0
- De acuerdo con el grado de seguridad de aplicación en presencia de una mezcla anestésica inflamable: equipamiento no adecuado para funcionamiento en zonas con presencia de una mixtura anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nítrico.

ALIMENTACION: AC 110-800w FRECUENCIA:50Hz

Fusible: 5A

Tiempo de carga continua:  $\geq$  menor a 2min

Máxima carga admisible : 135Kg

Distribución de carga

partes	Distribución de masa (Kg)
Cabeza y cuello	10
Parte superior del cuello y brazos	45
Parte inferior de cuerpo/ brazos inferiores y mano/parte superior de la piernas y pies	55
TOTAL	135

La carga máxima de 135 Kg para el movimiento de elevación, no se puede sobrepasar.

Capacidad de carga modulo principal: 500gr

Capacidad de carga modulo auxiliar: 250gr

Presión de entrada de aire: 0.55-0.6MPa Flujo  $\leq$  50L/min

Presión de entrada de agua:0.2-0.4 MPa Flujo  $\leq$  10L/min

Temperatura de funcionamiento: 5-40° Humedad relativa  $\geq$ 80%